

区别

| | 9667 | CT9667 |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | |
| 可测导体直径 | φ 254mm | φ 254mm |
| 额定 | AC5000A~500A、AC500A~50A | AC5000A、AC500A |
| | (低于 10%的范围不能保证线性) | (即使低于 10%的范围也能保证线性) |
| 输出率 | AC0.1mV/A、AC1m/V | ACO.1mV/A、AC1m/V |
| 精度(45-66Hz) | $\pm 2.0\%$ rdg. ± 1.5 mV | $\pm 2.0\%$ rdg. $\pm 0.3\%$ f.s. |
| 电源 | AC 适配器 9445-02 | AC 适配器 9445-02 |
| | 7号电池×4节(连续使用7天) | 5 号电池×2 节 (连续使用 7 天) |
| 最大额定 | 10000A 连续 | 10000A 连续 |
| 频率特性 | 10kHz~20kHz 时-3dB | 10kHz~20kHz 时-3dB |
| 对地最大电压 | AC1000V 以下 | AC1000V 以下 |
| 颜色 | 软管部: 蓝色、接口处: 黄色 | 软管部: 黄色、接口处: 黑色 |

2012/01/10_07